

Valtuustoaloite sydäniskureiden ylläpitovastuun siirtäminen Rautavaaran kunnalle sekä uusien sydäniskureiden hankinta Ylä- ja Ala-Luostan kylille

kvalt 26.01.2026 § 6

Päätös

Valtuutettu Eero Kukkonen yhdessä valtuutettujen Janne Pursiaisen ja Jukka Muukan kanssa jätti 26.1.2026 valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen koskien Sydäniskureiden ylläpitovastuun siirtäminen Rautavaaran kunnalle sekä uusien sydäniskureiden hankintaa Ylä- ja Ala-Luostan kylille. Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä.

Hallintosäännön 150 §:n mukaisesti valtuustoaloite päätettiin lähettää enempää käsittelemättä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

khall 16.02.2026 § 28

Valmistelija Hallintojohtaja Maria Puustinen

Liitteet ja oheismateriaali Valtuustoaloite sydäniskureiden ylläpitovastuun siirtäminen Rautavaaran kunnalle sekä uusien sydäniskureiden hankinta Ylä- ja Ala-Luostan kylille

Vaikutusten arviointi -

Esittelijä Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää
lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknltk 12.03.2026 § 15

Valmistelija Tekninen johtaja Jaakko Hintikka

Sydäniskureiden ylläpitovastuun siirtyminen kunnalle turvaisi niiden olemassaolon jatkossakin.
Uusien hankittavien iskureiden kustannus arvioitiin aloitteessa 2500 – 3000 euroa / laite, eli 5000 – 6000 euroa yhteensä.
Jatkossa laitteita olisi siis yhteensä yhdeksän ja suorat kulut ylläpidosta olisi akkujen vaihdot n. viiden vuoden välein, 300 euroa / laite.

Liitteet ja oheismateriaali	Valtuustoaloite sydäniskureiden ylläpitovastuun siirtäminen Rautavaaran kunnalle sekä uusien sydäniskureiden hankinta Ylä- ja Ala-Luostan kylille
Vaikutusten arviointi	Harvaan asutuilla alueilla sydäniskureiden olemassaololla ja käyttötaitojen kouluttamisella voidaan pelastaa ihmishenkiä.
Esittelijä	Tekninen johtaja Jaakko Hintikka
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä valtuustoaloitteen sellaisenaan ja ottaa teknisen toimen vastattavaksi sydäniskureiden ylläpidon sekä käynnistää hankinnan kahden sydäniskurin hankkimiseksi Ylä-Luostan ja Ala-Luostan kylille. Sydäniskureiden hankinnassa konsultoidaan Rautavaaran SPR:ää ja hankittavien sydäniskureiden sijoittelussa kyläyhdistyksiä.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti hyväksyä valtuustoaloitteen sellaisenaan ja ottaa teknisen toimen vastattavaksi sydäniskureiden ylläpidon sekä käynnistää hankinnan kahden sydäniskurin hankkimiseksi Ylä-Luostan ja Ala-Luostan kylille. Eero Kukkonen ei osallistunut asian käsittelyyn (osallisuusjäävi).